RÉPUBLIQUE DU BENIN
Fraternité- Justice-Travail

MINISTERE DE LA SANTE

PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Avis n° 064/MS/PRMP/SP/SPMP/SSEMPA/SAA/SA du 31/10/2025

Objet du dossier d'appel à concurrence :

ACQUISITION D'EQUIPEMENTS ET DE MATERIELS MEDICAUX SONU POUR L'OFFRE DES FONCTIONS ESSENTIELLES Y COMPRIS LES SOINS COMPLETS D'AVORTEMENT ET LA PLANIFICATION FAMILIALE DANS 65 MATERNITES ET 18 BLOCS (RELANCE).

Source de financement : INITIATIVE SRHR

Gestion : *2025*

Imputation budgétaire : INITIATIVE SRHR

Accord de prêt : *NON APPLICABLE*

Commencé le *04/02/2026*

Achevé le 04/02/2026

FEVRIER 2026

Procès–verbal d'attribution provisoire

Objet : Appel d'Offres Ouvert n° : *F_SRHR_114713* relatifs à l'Acquisition d'équipements et de matériels médicaux SONU pour l'offre des fonctions essentielles y compris les soins complets d'avortement et la planification familiale dans 65 maternités et 18 blocs (relance).

Mode de passation : Appel d'Offre Ouvert National (AOON)

L'an deux mil vingt-six et le mercredi quatre (04) février à 09 heures trente minutes, dans la salle de réunion de la PRMP du Ministère de la Santé, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service : **n°095/MS/DC/SGM/PRMP/SA du 21/01/2026**

Président : Bernice Grâce A. HODONOU, PRMP/MS ;

Membre :

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations
PRMP	Azaratou BANI BIO,	C/SPMP	*Avec voix délibérative*
PRMP	Télesphore ADOMOU	SP-PRMP	*Avec voix délibérative*
ANMH	Brice KODJELA	TECHNICIEN	*Avec voix délibérative*
ISRHR	Rogatien DAHOUN	AMP- UGI SRHR	*Avec voix délibérative*
ISRHR	John SADELER	AC- UGI SRHR	*Avec voix délibérative*

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le(s) tableau(x) synthèse(s) ci-après :

Lot unique	**Intitulé : Acquisition d'équipements et de matériels médicaux SONU pour l'offre des fonctions essentielles y compris les soins complets d'avortement et la planification familiale dans 65 maternités et 18 blocs (relance).**
Procédures	
Mode de passation	**Appel d'Offre Ouvert National (DAON)**
Justification	**Non**
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	**PV CCMP N°449-12/MS/CCMP/2025 du 30 décembre 2025**
Soumissionnaires :	
- CONSOMME PLUS SARL - SEMEL INTER SARL - MEDITEK - BENIN MEDICAUX GROUP - LERUC SARL	

Soumissionnaires écartés	
Elimination pour tous les articles	
Soumissionnaires	**Motifs**
CONSOMME PLUS SARL	Pour n'avoir pas fourni une autorisation du fabricant ou une autorisation du distributeur + copie du certificat de partenariat du fabricant ou attestation du distributeur agrée et une attestation de capacité financière. De plus le chiffre d'affaires réaliser par le soumissionnaire sur les trois dernières années est de **51.024.871 F CFA** au lieu de **200.000.000 F CFA** demander dans le dossier d'appel d'offre. Selon l'annexe ***A-3-1 : Pièces nécessaires pour l'examen de la capacité technique et de l'expérience, la non-production ou la non-conformité de ces pièces entraîne le rejet de l'offre. Pra conséquent l'offre du soumissionnaire CONOMME PLUS est rejetée pour la conformité desdites pièces.***
SEMEL INTER SARL	Pour avoir fourni un bordereau des prix unitaire dont la signature et le cachet ne sont pas en originale ; c'est-à-dire que la signature n'est pas manuscrite et le cachet est en version scannée. De plus, il n'a pas fourni l'autorisation d'importation dans son offre conformément aux exigences de l'Avis d'Appels d'Offres. ***Selon l'annexe A-1-1 (Pièces nécessaires pour la recevabilité de l'offre)*** **du Dossier d'Appel d'Offres Ouvert National (DAOON), la non-production ou la non-conformité de ces pièces entraîne le rejet de l'offre.** ***Par conséquent, l'offre du*** SEMEL INTER ***a été jugée non recevable et écarter à cette étape de la procédure par la COE pour la non-validité desdites pièces***
MEDITEK	Pour avoir fourni un bordereau des prix unitaire dont la signature et le cachet ne sont pas en originale ; c'est-à-dire que la signature n'est pas manuscrite et le cachet est en version scannée ; de plus il a fourni une autorisation d'importation, de détention et de commercialisation des équipements médicaux délivrée par le Ministre de la Santé non valide. Elle est signée le 04 mai 2020 pour une validité de 5 ans, ce qui signifie que l'autorisation est expirée depuis le 04 mai 2025. Selon l'annexe **A-1-1 (Pièces nécessaires pour la recevabilité de l'offre)** ***du Dossier d'Appel d'Offres Ouvert National (DAOON), la non-production ou la non-conformité de ces pièces entraîne le rejet de l'offre.*** Par conséquent, l'offre du ***MEDITEK*** a été jugée non recevable et écarter à cette étape de la procédure par la COE pour la non-validité desdites pièces.
LERUC SARL	Pour avoir fourni une autorisation d'importation, de détention et de commercialisation des équipements médicaux délivrée par le Ministre de la Santé non valide. Elle est signée le 11 mai 2020 pour une validité de 5 ans, ce qui signifie que l'autorisation est expirée depuis le 11 mai 2025. Selon l'annexe A-1-1 (Pièces nécessaires pour la recevabilité de l'offre) du Dossier d'Appel d'Offres Ouvert National (DAOON), la non-production ou la non-conformité de ces pièces entraîne le rejet de l'offre. **Par conséquent, l'offre de LERUC SARL a été jugée non recevable et écarter à cette étape de la procédure par la COE pour la non-validité desdites pièces**
Elimination selon l'article	
CONSOMME PLUS	Le soumissionnaire CONSOMME PLUS n'a pas été retenu pour les articles suivant : ✓ N°01 **Aspirateur manuel intra utérine (SERINGUE D'AMIU), pour** n'avoir pas fourni de fiche technique conformément aux disposition dossier d'appel d'offres.

	Selon *l'annexe A-1-2 (Pièces nécessaires pour la recevabilité de l'offre) du Dossier d'Appel d'Offres Ouvert National (DAOON), la non-production ou la non-conformité de ces pièces entraîne le rejet de l'offre.* Par conséquent la proposition du soumissionnaire CONSOMME PLUS n'est pas conforme pour ce qui concerne l'article 1 ; ✓ N°02 **Table d'examen gynécologique,** pour avoir fourni une fiche technique non conforme aux caractéristiques demandées. En effet il a proposé une table gynécologique de charge admissible de 120kg au lieu de 150kg. Selon *l'annexe A-1-2 (Pièces nécessaires pour la recevabilité de l'offre) du Dossier d'Appel d'Offres Ouvert National (DAOON), la non-production ou la non-conformité de ces pièces entraîne le rejet de l'offre.* Par conséquent la proposition du soumissionnaire CONSOMME PLUS n'est pas techniquement conforme pour ce qui concerne l'article n°2 (Table d'examen gynécologique) ; ✓ Article N°03 : Lit d'accouchement, pour avoir proposé un lit d'accouchement avec 4 roulettes pivotante de diamètre 125 mm au lieu de 150 mm demander dans le dossier d'appel d'offres. De plus la hauteur réglable est dc proposée par le soumissionnaire est de 650 mm à 960 mm au lieu de 580 mm à 950 mm. Selon ***l'annexe A-1-2 (Pièces nécessaires pour la recevabilité de l'offre) du Dossier d'Appel d'Offres Ouvert National (DAOON), la non-production ou la non-conformité de ces pièces entraîne le rejet de l'offre.*** Par conséquent la proposition du soumissionnaire **CONSOMME PLUS** n'est pas techniquement conforme pour ce qui concerne **l'article n°3 ;** ✓ Article 06 : **CHARIOT DE SOIN,** pour avoir proposé une fiche technique dans son offre qui ne spécifie pas sur le model demander dans le dossier d'appel d'offres. Selon *l'annexe A-1-2 (Pièces nécessaires pour la recevabilité de l'offre) du Dossier d'Appel d'Offres Ouvert National (DAOON), la non-production ou la non-conformité de ces pièces entraîne le rejet de l'offre.* Par conséquent la proposition du soumissionnaire CONSOMME PLUS n'est pas techniquement conforme pour ce qui concerne l'article n°6 ; ✓ **Article N°07 : AUTOCLAVE 20 LITRES,** pour avoir fourni une fiche technique du fabricant qui fait précision d'aucune caractéristique (capacité, température de stérilisation ; pression maximale et dimension de la chambre) demandées. De plus, le soumissionnaire propose un autoclave de température de stérilisation programmable jusqu'à 134°C au lieu de 136°C demander dans le dossier d'appel d'offres. Selon *l'annexe A-1-2 (Pièces nécessaires pour la recevabilité de l'offre) du Dossier d'Appel d'Offres Ouvert National (DAOON), la non-production ou la non-conformité de ces pièces entraîne le rejet de l'offre.* Par conséquent la proposition du soumissionnaire CONSOMME PLUS n'est pas techniquement conforme pour ce qui concerne l'article n°7 ; ✓ **Article N°08 : Boîte d'insertion/retrait DIU :** pour avoir fourni dans son offre une fiche technique pour l'article n°8 qui ne comporte pas le speculum de collin 32 mm et la sonde métallique comme prévu dans les composantes de l'article 08 dans le dossier d'appel d'offres. Selon *l'annexe A-1-2 (Pièces nécessaires pour la*

recevabilité de l'offre) du Dossier d'Appel d'Offres Ouvert National (DAOON), la non-production ou la non-conformité de ces pièces entraîne le rejet de l'offre. Par conséquent la proposition du soumissionnaire CONSOMME PLUS n'est pas techniquement conforme pour ce qui concerne l'article n°08 ;

- ✓ Article N°09 : Boîte d'insertion retrait d'implant, pour n'avoir pas fourni de fiche technique pour ce qui concerne l'article N° 09. Selon ***l'annexe A-1-2 (Pièces nécessaires pour la recevabilité de l'offre) du Dossier d'Appel d'Offres Ouvert National (DAOON), la non-production ou la non-conformité de ces pièces entraîne le rejet de l'offre.*** Par conséquent la proposition du soumissionnaire **CONSOMME PLUS** n'est pas techniquement conforme pour ce qui concerne **l'article n°09.**

- ✓ **Article N°10 Boite d'épisiotomie** : Pour n'avoir pas fourni de fiche technique pour ce qui concerne l'article N° 10. Selon l'annexe A-1-2 (Pièces nécessaires pour la recevabilité de l'offre) du Dossier d'Appel d'Offres Ouvert National (DAOON), la non-production ou la non-conformité de ces pièces entraîne le rejet de l'offre. Par conséquent la proposition du soumissionnaire CONSOMME PLUS n'est pas techniquement conforme pour ce qui concerne l'article n°10 ;

- ✓ Article N°11 **Boites d'accouchement :** Pour avoir fourni une fiche technique qui ne contient pas tous les éléments (absence de Paire de ciseaux mayo droit 200 mm et deux pinces de Kocher droites sans griffes 180 mm) contenus dans la boite d'accouchement. Selon *l'annexe A-1-2 (Pièces nécessaires pour la recevabilité de l'offre) du Dossier d'Appel d'Offres Ouvert National (DAOON), la non-production ou la non-conformité de ces pièces entraîne le rejet de l'offre.* Par conséquent la proposition du soumissionnaire CONSOMME PLUS n'est pas techniquement conforme pour ce qui concerne l'article n°11 ;

- ✓ **Article N°12 Spéculum cusco grand 11.5 x 3.5cm :** Pour avoir proposé un spéculum cusco grand de dimension 100 mm x 37 mm au lieu de 115 mm x 35 mm. Selon *l'annexe A-1-2 (Pièces nécessaires pour la recevabilité de l'offre) du Dossier d'Appel d'Offres Ouvert National (DAOON), la non-production ou la non-conformité de ces pièces entraîne le rejet de l'offre.* Par conséquent la proposition du soumissionnaire CONSOMME PLUS n'est pas techniquement conforme pour ce qui concerne l'article n°12 ;

- ✓ **Article N°13 Spéculum cusco moyen 9.5 x 3.5 cm :** Pour avoir proposé une fiche technique de spéculum cusco moyen de dimension 85 mm x 32 mm au lieu de 95 mm x 35 mm. Selon *l'annexe A-1-2 (Pièces nécessaires pour la recevabilité de l'offre) du Dossier d'Appel d'Offres Ouvert National (DAOON), la non-production ou la non-conformité de ces pièces entraîne le rejet de l'offre.* Par conséquent la proposition du soumissionnaire CONSOMME PLUS n'est pas techniquement conforme pour ce qui concerne l'article n°13 ;

- ✓ **Article N°14 : Spéculum cusco petit 7.5 x 2 cm,** Pour avoir proposé une fiche technique de spéculum cusco petit de dimension 75 mm x 32 mm au lieu de 75 mm x 20 mm. Selon l'annexe A-1-2 (Pièces nécessaires pour la recevabilité de l'offre) du Dossier d'Appel d'Offres Ouvert National (DAOON), la non-production ou la non-conformité de ces pièces entraîne le rejet de l'offre. Par conséquent la proposition du soumissionnaire CONSOMME PLUS n'est pas techniquement conforme pour ce qui

	concerne l'article n°14. ✓ **Article N°15 : Tambour perforé moyen modèle pour stérilisateur,** pour avoir proposé une fiche technique qui n'apporte pas aucune précision des dimensions demandées dans le dossier d'appel d'offres. Selon ***l'annexe A-1-2 (Pièces nécessaires pour la recevabilité de l'offre) du Dossier d'Appel d'Offres Ouvert National (DAOON), la non-production ou la non-conformité de ces pièces entraîne le rejet de l'offre.*** Par conséquent la proposition du soumissionnaire **CONSOMME PLUS** n'est pas techniquement conforme pour ce qui concerne **l'article n°15 ;** ✓ **Article N°16 : Tambour perforé petit modèle pour stérilisateur,** pour proposer une fiche technique qui n'apporte pas aucune précision des dimensions demandées dans le dossier d'appel d'offres. Selon ***l'annexe A-1-2 (Pièces nécessaires pour la recevabilité de l'offre) du Dossier d'Appel d'Offres Ouvert National (DAOON), la non-production ou la non-conformité de ces pièces entraîne le rejet de l'offre.*** Par conséquent la proposition du soumissionnaire **CONSOMME PLUS** n'est pas techniquement conforme pour ce qui concerne **l'article n°16 ;** ✓ Article 5 et 17 pour n'avoir pas fourni une autorisation du fabricant ou une autorisation du distributeur + copie du certificat de partenariat du fabricant ou attestation du distributeur agrée et une attestation de capacité financière. De plus le chiffre d'affaires réaliser par le soumissionnaire sur les trois dernières années est de **51.024.871 F CFA** au lieu de **200.000.000 F CFA** demander dans le dossier d'appel d'offre. Selon l'annexe ***A-3-1 : Pièces nécessaires pour l'examen de la capacité technique et de l'expérience, la non-production ou la non-conformité de ces pièces entraîne le rejet de l'offre. Pra conséquent l'offre du soumissionnaire CONOMME PLUS est rejetée pour la conformité desdites pièces.***

Attributaire par article (Article 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17)		
Nom	**BENIN MEDICAUX GROUP**	
Montant proposé	**199.980.000 F CFA HT**	
Montant évalué (corrigé)	**199.980.000 FCFA HT**	
Principales dispositions permettant l'établissement du marché		
Objet du marché	**Acquisition d'équipements et de matériels médicaux SONU pour l'offre des fonctions essentielles y compris les soins complets d'avortement et la planification familiale dans 65 maternités et 18 blocs (relance).**	
Prix	**199.980.000** F CFA HT	
Délai d'exécution	90 JOURS	
Part de sous-traitance (le cas échéant)	NON APPLICABLE	
Variante pris en compte (	NON APPLICABLE	

Au regard des informations inscrites dans les tableaux ci-dessus, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire par article ci-après :

Désignation des lots	Attributaire	Montant HT
Article 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17.		
Acquisition d'équipements et de matériels médicaux SONU pour l'offre des fonctions essentielles y compris les soins complets d'avortement et la planification familiale dans 65 maternités et 18 blocs (relance).	**BENIN MEDICAUX GROUP**	**199.980.000 F CFA**
TOTAL		**199.980.000 F CFA**

La Présidente a clôturé la séance à 11 heures 20 minutes.

Fait à Cotonou, le 04/02/2026

C/SPNP
Azaratou BAKHIBIO

Bonnie A. Grâce HODONOU

C/Cne
DAGNON Rogatien
APR SERR.

John SABELER
AC/ISRNR

Adonis Télesphore
SA/PRNP

KODJELA O. Bruce Fabien
Tech/ANMH

SEANCE D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Liste de présence à la séance d'attribution relative à l'Appel d'Offres Ouvert n° : *F_SRHR_114713* relatifs à l'Acquisition d'équipements et de matériels médicaux SONU pour l'offre des fonctions essentielles y compris les soins complets d'avortement et la planification familiale dans 65 maternités et 18 blocs (relance).

Cotonou, le 04/02/2026

N°	Nom et Prénom(s)	Structure représenté	Fonction/ Qualité	Téléphone	Signature
1.	Bernice A. Gildo HODONOU	PRNP/RS	PRNP/PF	0194917975	
2.	DATHON Rogatien	I-SRHR	APM	0196558158	
3.	BAH BIO Nazaratou	PRNP	CPSPNP	0195265695	
4.	SABELER John	I-SRHR	AC	0197555850	
5.	ADONOU Telesphore	PRNP	SP	0196663157	
6.	KODJOLA O. Bruce Fabi	ANNH	TSMBH	0197271618	
7.					
8.					