Procès–verbal d'attribution provisoire

Dossier d'Appel d'Offres Ouvert N° F_SRFM_73959/ 2023 rela tif à l'acquisition de matériels médicaux au profit du laboratoire du centre communal de santé.

Mode de passation : Appel d'Offres Ouvert

L'an deux mil vingt-trois et le Jeudi 22 juin à 15 heures 05, dans la salle de réunion de la Mairie de SAVE, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire des marchés cités en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service N°5L/592/M/SE/SA/2023 du 07/06/23

- Président : BIAOU Abel, Personne Responsable des Marchés Publics
- Membres :

Administration	Nom et Prénom(s)	Qualité	Observations
Mairie de SAVE	AKONHOUNKPAN Laurianne	RAAF	Avec voix délibérative
Mairie de SAVE	AHONON Harmo	RST	Avec voix délibérative
Mairie de SAVE	AKPATA A. Adeline	RSI	avec voix délibérative
Mairie de SAVE	OFFIN Nicolas	CMM	Avec voix délibérative
Mairie de SAVE	AYEDOUN Chakirou	Assistant PRMP	Avec voix délibérative
Mairie de SAVE	LAWANI Maliki	Conseiller Communal	Avec voix délibérative
Mairie de SAVE	ADJIBODE Cyriaque	DAM	Avec voix délibérative

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le(s) tableau(x) synthèse(s) ci-après :

Lot unique	*Acquisition de matériels médicaux au profit du laboratoire du centre communal de santé.*
Procédures	
Mode de passation	*Appel d'Offres Ouvert*
Justification	*RAS*
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	*PV CCMP en date du 09/05/2023*
Soumissionnaire(s) [*soumissionnaires en lice*]	
BIO TOBERT SARL BIORAMED SARL ESOR IKA SARL WELLVISION GROUP SARL AMORE SARL VIDAL SARL ABENES SARL BIO SERVICES BENIN IMEDISE PLUS SARL HARAHAMANE SARL COMPTOIR SCIENTIFIQUE SARL MEDICAL GLOBAL SERVICE SARL	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	**Motifs**
BIORAMED SARL	-La fiche technique relative à l'Automate d'hématologie ne précise pas le nombre de paramètres et le nombre de populations. -l'analyseur d'électrolyte ne précise pas les examens à effectuer. -La capacité maximale de la centrifugeuse demandée est de 12x15ml alors que le soumissionnaire a proposé une centrifugeuse de 6x100ml
ESOR IKA SARL	Absence de la fiche technique du Bain Marie 12L.

WELLVISION GROUP SARL	Absence de précisions sur l'alimentation et de la plage de température sur la fiche technique du Bain Marie 12L.
AMORE SARL	L'agrément d'exercice de l'activité non valide (absence de la page de signature dans l'arrêté ministériel).
VIDAL SARL	-Absence du nombre de résultats avec images sur les caractéristiques du Lecteur de Test hormonologique. -Absence des caractéristiques sur la fiche technique de la Centrifugeuse 8X15ML 6000TRS/MN
BIO SERVICES BENIN	Le Devis Quantitatif et Estimatif et la Garantie de soumission sont signés par une personne différente du premier responsable de l'entreprise qui a signé les autres pièces.
IMEDISE PLUS SARL	Absence des fiches techniques des matériels proposés.
HARAHAMANE SARL	La garantie de soumission n'est pas fournie
COMPTOIR SCIENTIFIQUE SARL	L'agrément d'exercice de l'activité a expiré. (Arrêté ministériel signé le 7 mai 2018 pour une durée de 5 ans)
MEDICAL GLOBAL SERVICE SARL	Absence des fiches techniques des matériels.
ABENES SARL	Offre classée 2ème après évaluation.

Au regard des informations inscrites dans les tableaux ci-dessus, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Attributaire	Montant HT	Montant TTC
BIO TOBERT Sarl ***Cotonou, Tél. (229) 95 30 90 30/ 97 54 70 70/ 21 03 10 16*** ***Email : gustavelambert1961@yahoo.fr***	**19.905.000**	***23.487.900***

Le Président a clôturé la séance à 17 heures 37.

Fait à SAVE, le 22 juin 2023.

Le Président

BIAOU Abel

Rapporteur.

Chakirath T. AMEDOUN

Les membres.

AHONON Harmo

Mdiki LAWANI

RAAF

RSI

AKPATA Adeline

BALOÏTCHA S. Lucia

Zakaria A